

## YÊU CẦU BÁO GIÁ

**Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam**

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm vật tư y tế và hóa chất cấp bách trong thời gian chờ kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm trực tiếp vật tư y tế tiêu hao, hóa chất sử dụng năm 2024 của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri với nội dung cụ thể như sau:

### I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri. Số 29 Phan Ngọc Tông, T.T Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phan Thị Anh Thi, Nhân viên khoa Dược Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri, SĐT: 0834989747. Gmail: khoaduocbatri@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- *Nhận trực tiếp tại địa chỉ:* Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri. Số 29 Phan Ngọc Tông, T.T Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 26 tháng 7 năm 2024 đến trước 17h ngày 04 tháng 8 năm 2024.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 04 tháng 8 năm 2024.

### II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục thiết bị y tế/ linh kiện, phụ kiện, vật tư thay thế sử dụng cho trang thiết bị y tế (gọi chung là thiết bị).

STT	Danh mục	Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng/khối lượng	ĐVT
-----	----------	--	---------------------	-----

1	Bộ dây chạy thận nhân tạo	Một bộ dây bao gồm : dây lọc thận, dây truyền dịch, túi xả 2000ml và có 1 transducer. Đường kính dây bơm khoảng 12.2mmx8.2mmx dài khoảng 400mm	420	Bộ
2	Dịch lọc máu liên tục (dịch lọc thận)	Dung dịch lọc thận thành phần: Natriclorid: 2708, 69g; Kali clorid: 67,10g; Calciclorid.2H2O: 99,24g; Manesi clorid 6H2O: 45,75g; Acid Acetic băng: 81,00g; Glucose.H2O: 494,99g; - Nước tinh khiết vừa đ	1.200	Lít
3	Dịch lọc máu liên tục (dịch lọc thận)	Dung dịch lọc thận thành phần: Natri bicarbonat: 840g; Diantri Edetat.2H2O: 0,5g; - Nước tinh khiết vừa đủ	1.900	Lít
4	Bộ tiêm chích FAV (Được tiệt trùng bằng khí EO)	Được tiệt trùng bằng khí EO. Chất lượng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất Gói 1: Khăn chống thấm 40cm x 60cm: 1 cái + gạc lót đóc kim: 3,5cm x 5cm x 4lớp: 2 cái + Gạc phẫu thuật không dệt 7,5cm x 7,5cm x 6 lớp: 4 cái + gạc chạy thận 3,5cm x 4,5cm x 40 lớp: 3 cái	600	Gói
5	Kim thận nhân tạo (G17)	Dầu hiệu chắm màu đỏ hoặc đen nhận biết vị trí đầu vát. Lòng kim tráng silicon. Có lỗ phía sau kim động mạch.	700	Cây
6	Quả lọc thận nhân tạo	Chất liệu màng : Micro-undulated Polysulfoné. Chất liệu vỏ: Polycarbonate. Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane. Diện tích màng 1,6 m <sup>2</sup> . Hệ số siêu lọc (ml/hr*mmHg) ≥ 24,7. Thể tích mỗi khoảng 86 ml. Với tốc độ bơm máu 300ml/phút thì hệ số lọc: Urea khoảng 268, Creatinine khoảng 240, Phosphate khoảng 219, Vitamin B12 khoảng 141, Inulin khoảng 88. Độ dày thành khoảng 40 µm, đường kính sợi khoảng 200 µm. Phương pháp tiệt trùng: chiếu tia Gamma	60	Cái

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế: Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: tháng 8/2024.

Rất mong sự hợp tác của các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam để Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri hoàn thành nhiệm vụ được phân công.

Trân trọng kính chào./.

**Nơi nhận:**

- BGD (để biết);
- Các công ty cung ứng;
- Lưu: VT, KD.

**GIÁM ĐỐC**

Q  
  
*Phạm Minh Trí*