

Ba Tri, ngày 06 tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua sắm tủ âm và máy điện tim 3 cần cho khoa năm 2024”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BA TRI.**

Địa chỉ: Số 29 Phan Ngọc Tông, khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0275 3850045.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Cao Tấn Thắng
- Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 090 7729 634
- Địa chỉ email: phongkhthbatri@gmail.com.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện ĐKKV Ba Tri. ĐC: Số 29 Phan Ngọc Tông, khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. ĐT: 02753850045.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 06 tháng 5 năm 2024 đến 17h ngày 15 tháng 5 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 06 tháng 5 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
----	----------	------------------	--------	----------

1	TỦ ẤM	<p>Model: IN110 Hãng sx: Memmert Đức Xuất xứ: Đức Năm sản xuất: 2024</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thể tích: 108 lít - Kích thước trong: rộng 560 x cao 480 x sâu 400 mm - Kích thước ngoài: rộng 745 x cao 864 x sâu 584 mm - Khoảng nhiệt độ hoạt động: tối thiểu 5°C trên nhiệt độ môi trường đến 80°C - Độ chính xác cài đặt: 0.1°C - Sử dụng 1 đầu dò nhiệt độ Pt100 Class A - Ngôn ngữ cài đặt: Đức, Anh, Tây Ban Nha, Pháp, Ba Lan, Czech, Hungarian - Bộ điều khiển: Hiện thị một màn hình. Bộ điều khiển vi xử lý đa chức năng kỹ thuật số PID thích ứng với màn hình màu độ nét cao TFT - Thời gian: Bộ đếm ngược kỹ thuật số với cài đặt thời gian, có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 99 ngày - Chế độ chờ : Thời gian của tiến trình chỉ được tính khi đạt đến nhiệt độ chỉ định - Hiệu chuẩn : Có 3 giá trị nhiệt độ lựa chọn tự do - Các thông số điều chỉnh: Nhiệt độ (°C hoặc °F), vị trí cửa đối lưu, chương trình thời gian, múi giờ, mùa hè/ mùa đông - Đối lưu không khí tự nhiên - Điều chỉnh hỗn hợp không khí tiền gia nhiệt bằng cách điều chỉnh nắp lấy khí - Lỗ thông khí : Kết nối với nắp ngăn khí - Chương trình lưu trữ trong trường hợp mất điện - Chức năng bảo vệ quá nhiệt: kiểm soát quá nhiệt bằng điện tử và bộ giới hạn nhiệt độ dạng cơ, cấp bảo vệ class 1 theo tiêu chuẩn DIN 12 880 tự ngắt khi nhiệt độ vượt quá khoảng 20°C trên nhiệt độ cài đặt - Tự chẩn đoán để phân tích lỗi - Cửa cách nhiệt hoàn toàn bằng thép không gỉ với khóa 2 điểm (khóa cửa khóa nén) - Cửa kính bên trong - Bên trong làm bằng thép không gỉ, dễ lau chùi, gia cố bằng hệ thống khung được tích hợp gia nhiệt và bảo vệ 4 phía - Bên ngoài: thép mạ kẽm phía sau - Nguồn điện: 230V ± 10%, 50/60Hz 	Cái	01
---	-------	---	-----	----

		<p>* Phụ kiện kèm theo: Khay lưới bằng thép không gỉ, 2 cái Hướng dẫn sử dụng</p>		
2	MÁY ĐIỆN TIM 3 CẢN	<p>Model: ECG-3150 Xuất xứ: Nihon Kohden- Nhật Bản Nước sản xuất: Trung Quốc Năm sản xuất: 2024 Màn hình hiển thị - Kích thước: 5 inch - Loại màn hình: màu LCD TFT (có đèn nền) - Độ phân giải: 800 x 480 điểm. - Hiển thị thông số: sóng điện tim, thông tin bệnh nhân, cài đặt chế độ ghi, chế độ hoạt động, nhịp tim, phức hợp QRS, thông báo lỗi, trạng thái tiếp xúc điện cực, nhiều. Máy ghi - Mật độ in : 200dpi (8 dots/mm) - Mật độ đường quét: 1 ms - Số kênh: 1, 1 + nhịp, 3 - Tốc độ giấy: 25 mm/giây, 50 mm/giây - Thông số in: sóng điện tim, nhịp tim, phiên bản phần mềm, ngày và giờ, tốc độ giấy, độ nhạy, tên đạo trình, bộ lọc, thông tin bệnh nhân (số thứ tự ID, giới tính, tuổi), đánh dấu sự kiện, tiếp xúc điện cực, nhiều. - Loại giấy ghi: giấy cuộn dài 30m, chiều rộng 63 mm - Nhiễu cơ khí: ≤ 48dB ở tốc độ 25mm/s Phân tích điện tim - Tên chương trình: ECAPS 12C. - Độ tuổi phân tích: từ trẻ sơ sinh đến người lớn - Mục tìm ra kết quả điện tim: khoảng 200. - Mục phân tích kết quả : 5. Cổng kết nối - USB loại A: 2 - Cổng LAN: 1 Giao tiếp: - Mạng không dây LAN: tiêu chuẩn mạng không dây LAN: IEEE 802.11a/b/g/n/ac</p>	Cái	01

- Báo giá phải bao gồm thuế và chi phí vận chuyển
- Địa điểm nhận hàng: Tại kho Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong năm 2024.

Rất mong sự hợp tác của Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tạo điều kiện để các bên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH

