

Ba Tri, ngày 26 tháng 8 năm 2024

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Bệnh viện đa khoa khu vực Ba Tri có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: “Mua bóng đèn cực tím và bóng đèn vàng da cho khoa năm 2024”, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: **BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC BA TRI.**

Địa chỉ: Số 29 Phan Ngọc Tòng, khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre.

Điện thoại: 0275 3850045.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Họ tên: Cao Tấn Thắng
- Chức vụ: Nhân viên
- Số điện thoại: 090 7729 634
- Địa chỉ email: phongkhthbatri@gmail.com.vn

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp hoặc theo đường bưu điện tại địa chỉ: Phòng Kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện ĐKKV Ba Tri. ĐC: Số 29 Phan Ngọc Tòng, khu phố 6, thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. ĐT: 02753850045.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá:

Từ 08h ngày 26 tháng 8 năm 2024 đến 17h ngày 09 tháng 9 năm 2024. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày 26 tháng 8 năm 2024.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị	Số lượng
1	Bóng đèn cực tím	Bóng đèn cực tím 120cm PT (36W) GT153-120	Cái	18

		<p>Hãng sản xuất: PT Medical</p> <p>Nước sản xuất: Trung Quốc</p> <p>Chi tiết sản phẩm Đèn Cực Tím Diệt Khuẩn Không Khí</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bóng đèn cực tím (UV) chuyên dùng trong ngành y tế, thực phẩm và dược phẩm. - Hình dạng như bóng tuýp gia đình, kính trong suốt <p>Công dụng đèn cực tím</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiệt trùng, chống nấm, - Triệt tiêu vi khuẩn có hại, chống loại các loại kí sinh nguy hiểm, - Làm sạch không khí trong phòng (trừ bụi). 		
2	Bóng đèn vàng da	<p>Bóng đèn vàng da 60 cm</p> <p>Model: TL-D 18W/52</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hãng sx: Philips - Nước sản xuất: Trung Quốc <p>Bằng cách phát ra ánh sáng gần như hoàn toàn trong băng thông 400 đến 500 nm và đạt đỉnh ở 450 nm, đèn Philips TL/TL-D màu 52 không có bức xạ tử dài sóng ngắn UVB. Do đó, chúng phù hợp để sử dụng trong các hệ thống cho các ứng dụng như Nông nghiệp và Liệu pháp quang trị vàng da ở trẻ sơ sinh.</p> <p>Thông tin chung</p> <p>Đế nắp G13 [Huỳnh quang lưỡng cực trung bình]</p> <p>Tuổi thọ đến 50% lỗi (Danh định) 13.000 giờ</p> <p>Tuổi thọ hữu ích (Danh định) 2.000</p>	Cái	18

	giờ Kỹ thuật chiếu sáng Mã màu 52 Thông lượng phát sáng 395 lm Tọa độ sắc độ X (Danh định) 157 Tọa độ sắc độ Y (Danh định) 75 Hoạt động và điện Tiêu thụ điện năng 18 W Dòng điện đèn (Danh định) 0,36 A		
--	--	--	--

- Báo giá phải bao gồm thuế và chi phí vận chuyển
- Địa điểm nhận hàng: Tại kho Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri.
- Thời gian giao hàng dự kiến: trong năm 2024.

Rất mong sự hợp tác của Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam tạo điều kiện để các bên thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website bệnh viện;
- Lưu: VT, KHTH

