

THÔNG BÁO YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Quý công ty/ đơn vị

Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà cung cấp cho gói thầu Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ba Tri năm 2026. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện, khả năng cung cấp dịch vụ phù hợp vui lòng báo giá theo các thông tin sau:

I. Thông tin của đơn vị:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri

2. Thông tin liên hệ:

- Người tiếp nhận Báo giá: Võ Hoài Ân
- Chức vụ: Nhân viên thiết bị y tế
- Số điện thoại: 0907134349

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng kế hoạch tổng hợp - Bệnh viện Đa khoa Khu vực Ba Tri. Địa chỉ: 29 Phan Ngọc Tòng, ấp 6, xã Ba Tri, tỉnh Vĩnh Long.
- Hình thức: Bản cứng (có đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc theo đường bưu điện. (Và gửi file mềm qua email: phongkthbatri@gmail.com).
- Báo giá phải bao gồm thuế và các chi phí liên quan.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 9h ngày 13 tháng 1 năm 2026 đến trước 17h ngày 22 tháng 1 năm 2026

Lưu ý: Các trường hợp báo giá bị loại và không được xem xét bước tiếp theo:

- Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.
- Nội dung báo giá không đáp ứng yêu cầu thông báo này.

II. Hồ sơ cung cấp yêu cầu:

- Bảng báo giá kèm thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị và phụ kiện đi kèm theo yêu cầu phụ lục đính kèm công văn này.

- Trong thời gian bảo trì, nếu phát hiện máy móc hư hỏng cần sửa chữa, phải có biện pháp khắc phục tạm thời để đảm bảo hoạt động của bệnh viện trong thời gian chờ sửa chữa hoặc thay mới phụ tùng. Viết biên bản, khuyến cáo sử dụng khi phát hiện sự cố và khuyến cáo những vấn đề cần thay thế, sửa chữa cho máy (nếu có).

- Xử lý sự cố đột xuất: Khi có bất kỳ sự cố liên quan đến máy,

+ Hỗ trợ xử lý từ xa: Đáp ứng tất cả các cuộc gọi khi máy gặp sự cố.

+ Nếu không khắc phục được sau khi hỗ trợ từ xa: Có mặt trực tiếp để xử lý, thời gian đến được nơi lắp đặt máy tối đa 24 giờ.

- Việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng do các kỹ sư được đào tạo thực hiện

- Hồ sơ năng lực công ty (nếu có).

- Danh sách khách hàng đã cung cấp thiết bị hoặc hợp đồng tương tự (nếu có).

- Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 6 tháng kể từ ngày phát hành.

Thông báo được đăng tại: <https://muasamcong.mpi.gov.vn/> và <http://www.benhvienbatri.com.vn>, không phát hành bản giấy.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- BGD (để biết);
- Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
- Website bệnh viện;
- Các công ty cung ứng;
- Lưu: VT, KHTH.



Dịch vụ Bảo trì, bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo
Model: 4008S, Hãng sản xuất: Fresenius Medical care, Nước sản xuất: Đức
(Kèm theo Thông báo số: ୧୪ /TB-BV ngày 12/1/2026)

STT	Danh mục hàng hóa/dịch vụ	Khối lượng	Đơn vị tính	Mô tả hàng hóa/dịch vụ	Địa điểm thực hiện	Quy cách	Ghi chú
1	Bảo trì bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo Model: 4008S, Hãng sản xuất: Fresenius Medical care, Nước sản xuất: Đức	4	máy	Bảo trì, bảo dưỡng máy chạy thận nhân tạo, như sau: Bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất 01 lần/ năm kèm bộ kit M382111/máy/1 lần/ 1 năm, Bao gồm các sự cố phát sinh - Số lần bảo trì: 02 lần/12 tháng/1 máy. - Số lượng máy: 04 máy - Số tháng thực hiện dịch vụ: 12 tháng.	Bệnh viện ĐKKV Ba Tri		